



ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр аккредитации»
(государственное предприятие «БГЦА»)

THE ACCREDITATION BODY OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Republican Unitary Enterprise «Belarusian State Centre for Accreditation» (state enterprise «BSCA»)

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Регистрационный номер: ВУ/112 5.0067 от 06.03.2015 г.

подтверждает, что

лаборатория по ремонту и поверке
Топографо-геодезического республиканского унитарного
предприятия "Белгеодезия"
просп. Машерова, д. 17, 220029, г. Минск

соответствует требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017, IDT)
и аккредитован(а) в области аккредитации, прилагаемой к настоящему
аттестату аккредитации и являющейся его неотъемлемой частью.

Срок действия
аттестата аккредитации: с 06 марта 2020 г. до 06 марта 2025 г.

г. Минск

17 января 2020 г.

Руководитель органа
по аккредитации Республики Беларусь -
директор государственного
предприятия "БГЦА"



Т.А. Николаева

БГЦА – подписант:

EA BIA (испытания, калибровка, сертификация продукции, систем менеджмента, персонала);

ILAC MRA (испытания и калибровка);

IAF MLA (сертификация продукции, систем менеджмента, персонала).

Действие аттестата может быть приостановлено или отменено. Сведения о действительном (актуальном) статусе аттестата аккредитации и действительной (актуальной) области аккредитации содержатся в реестре Национальной системы аккредитации Республики Беларусь (www.bsca.by).

Приложение №1
к аттестату аккредитации
№ ВУ/112 5.0067
от 06 марта 2015
На бланке № 0006375
На 1 листах
Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «06» марта 2020
лаборатории по ремонту и поверке
топографо-геодезического республиканского унитарного предприятия
«Белгеодезия»

№ пункта	Код области измерений	Наименование измеряемых величин	Объекты калибровки	Калибровочные и измерительные возможности		Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки
				диапазон	расширенная неопределенность $U (k = 2, P = 0,95)$	
1	2	3	4	5	6	7
1.1	26.51/99.001	Длина	Дальномеры лазерные	0 – 2848,74 м	0,00022 м	МК БГ 02-2018
1.2	26.51/99.001	Угол	Нивелиры лазерные	$\pm 6^\circ$	0,03 мм/м	МК БГ 01-2018
1.3	26.51/99.001		Дальномеры лазерные	$0^\circ - 360^\circ$	$\pm 45''$	МК БГ 02-2018
1.4	26.51/99.001		Теодолиты электронные и оптические	$0^\circ - 360^\circ$	$\pm 1,2''$	МК БГ 03-2018

Руководитель органа
по аккредитации Республики Беларусь –
директор государственного
предприятия «БГЦА»



Т.А. Николаева