



ОРГАН ПО АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр аккредитации»
(государственное предприятие «БГЦА»)

THE ACCREDITATION BODY OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Republican Unitary Enterprise «Belarusian State Centre for Accreditation» (state enterprise «BSCA»)

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ CERTIFICATE OF ACCREDITATION

Регистрационный номер: ВУ/112 5.0067 от 06.03.2015 г.

подтверждает, что

отдел метрологии, стандартизации, поверки
Топографо-геодезического республиканского унитарного
предприятия "Белгеодезия"
пр-кт Машерова, д. 17, 220029, г. Минск

соответствует требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017, IDT)
и аккредитован(а) в области аккредитации, прилагаемой к настоящему
аттестату аккредитации и являющейся его неотъемлемой частью.

Срок действия

аттестата аккредитации: с 06 марта 2020 г. до 06 марта 2025 г.

г. Минск

14 октября 2022 г.

Руководитель органа
по аккредитации Республики Беларусь
директор государственного
предприятия "БГЦА"



МП

Е.В. Бережных

БГЦА – подписант:

EA MLA (испытания, медицинские исследования, калибровка, инспекция, сертификация продукции, систем менеджмента, персонала, проверка квалификации);

ILAC MRA (испытания, медицинские исследования, калибровка, инспекция, проверка квалификации);

IAF MLA (сертификация продукции, систем менеджмента, персонала).

Действие аттестата может быть приостановлено или отменено. Сведения о действительном (актуальном) статусе аттестата аккредитации и действительной (актуальной) области аккредитации содержатся в реестре Национальной системы аккредитации Республики Беларусь (www.bsca.by).

М.П.



Приложение №1
к аттестату аккредитации
№ ВУ/112 5.0067
от 06 марта 2015
на бланке № 0010046
на 1 листе
редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
от 14 октября 2022
отдел метрологии, стандартизации, поверки
топографо-геодезического республиканского унитарного предприятия
«Белгеодезия»

№ п/п	Код вида измерений	Наименование измеряемых величин	Объекты калибровки (тип СИ)	Диапазон	Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %)	Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки
1	2	3	4	5	6	7
пр-кт Машерова, 17, 220029, г. Минск						
1.1*	26.51/99.001	Длина	Дальномеры лазерные	0 – 2848,74 м	0,00022 м	МК БГ 02-2018
1.2*	26.51/99.001	Угол	Нивелиры лазерные	±6°	0,03 мм/м	МК БГ 01-2018
1.3*	26.51/99.001		Дальномеры лазерные	0°–360°	±45"	МК БГ 02-2018
1.4*	26.51/99.001		Теодолиты электронные и оптические	0°–360°	±1,2"	МК БГ 03-2018

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС

Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА»



Е.В. Березных


(подпись ведущего эксперта по аккредитации)
М.П.

14.10.2022
дата принятия решения